

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. **13** / **04.01.2022**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 62/2019/RO
	NR. SERIE 5	COD PRODUS 1296; 1308; 1315
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI CAMAGNEROM Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII 12.2021	VALABILITATE 12.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 150355 / 11.08.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	15.12.21	15.12.21	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	15.12.21	15.12.21	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	15.12.21	15.12.21	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	15.12.21	15.12.21	5 – 7	6,46	S
SI 4.2.	Identificare: Clorura de calciu, Clorura de magneziu	15.12.21	15.12.21	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Clorura de calciu	15.12.21	15.12.21	9,50 – 10,50 g/100 ml.	10,20 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Clorura de magneziu	15.12.21	15.12.21	2,375 – 2,625 g/100 ml.	2,52 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	15.12.21	29.12.21	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	15.12.21	15.12.21	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 2007 flacoane	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 ml	TOTAL (1 x 2) 200700 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 04.01.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 04.01.2022