

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 235 / 08.03.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 74	COD PRODUS 16529; 1627; 1634; 31092; 36642
	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2023	VALABILITATE .03.2024
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI COMPLEX POLIVITAMINIC BUVABIL Suspensie	NOTIFICARE: 2560 / – 30.03.2010	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	07.03.23	07.03.23	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	07.03.23	07.03.23	Crem	Crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	07.03.23	07.03.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Vitamina A, Vitamina E, Vitamina K ₃	07.03.23	07.03.23	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina A	07.03.23	08.03.23	1350000 – 1650000 UI/100 ml.	1394220 UI/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	07.03.23	07.03.23	50 ml./fl. ± 3% 100 ml./fl. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1002 fl.	50 ml	50100 ml	
485 fl.	100 ml	48500 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 08.03.2023 		