

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr.1047 / 14.11.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	46	90860
	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	.10.2025	.10.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 7484 / 07.04.2014	PAGINA
IMUNOINSTANT (anti H.P.) Supliment alimentar		1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	31.10.25	31.10.25	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	31.10.25	31.10.25	Limpede pana la usor opalescenta	Usor opalescenta	S
POS#F3.2.-22	Miros	31.10.25	31.10.25	Caracteristic	Caracteristic	S
Sp.	pH – ul	31.10.25	31.10.25	5.0 – 7.5	6.00	S
Sp.	Identificare: Imunoglobulina	31.10.25	14.11.25	Prezenta	Prezenta	S
Sp.	Conținut în: Imunoglobulina	31.10.25	14.11.25	min. 50,0 mg/100 ml..	88,066 mg/100 ml	S
POS#F3.3-005	Controlul sterilitatii microbiologice	31.10.25	14.11.25	Steril	Steril	S
Sp.	Control conținut per ambalaj	31.10.25	31.10.25	80 ml e /fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
466 fl.	80 ml	37280 ml	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist . Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 14.11.2025	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC Dr. Andrei Nanu Șef Laborator Data: 14.11.2025
---	--

