

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT		
Nr. <u>1169</u> / <u>10.12.2024</u>		
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 62	COD PRODUS 57568
	DATA CONDIȚIONĂRII .11.2024	VALABILITATE .11.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI IMUNOINSTANT (anti S.A.) Supliment alimentar	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 7484 / 07.04.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	25.11.24	25.11.24	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	25.11.24	25.11.24	Limpede pana la usor opalescenta	Usor opalescenta	S
POS#F3.2.-22	Miros	25.11.24	25.11.24	Caracteristic	Caracteristic	S
Sp.	pH - ul	25.11.24	25.11.24	5.0 – 7.5	6,00	S
Sp.	Identificare: Imunoglobulina	25.11.24	10.12.24	Prezenta	Prezenta	S
Sp.	Conținut în: Imunoglobulina	25.11.24	10.12.24	min. 10,0 mg/100 ml.	116,244 mg/100 ml	S
POS#F3.3-005	Controlul sterilitatii microbiologice	25.11.24	09.12.24	Steril	Steril	S
Sp.	Control conținut per ambalaj	25.11.24	25.11.24	80 ml e /fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
850 fl.	80 ml	68000 ml	

SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist . Silvia Stanculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: <u>10.12.2024</u>	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC Dr. Andrei Nand Șef Laborator Data: <u>10.12.2024</u>