

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1010 / 31.10.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 50	COD PRODUS 90422
	DATA CONDIȚIONĂRII .09.2025	VALABILITATE .09.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI IMUNOINSTANT (anti Candida) Supliment alimentar	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 7484 / 07.04.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUZENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	19.09.25	19.09.25	Soluție	Soluție	S
POS#F3.2.-22	Culoare	19.09.25	19.09.25	Limpede pana la usor opalescenta	Usor opalescenta	S
POS#F3.2.-22	Miros	19.09.25	19.09.25	Caracteristic	Caracteristic	S
Sp.	pH - ul	19.09.25	19.09.25	5.0 – 7.5	6.00	S
Sp.	Identificare: Imunoglobulina	19.09.25	03.10.25	Prezenta	Prezenta	S
Sp.	Conținut în: Imunoglobulina	19.09.25	03.10.25	min. 50,0 mg/100 ml.	50,111 mg/100 ml	S
POS#F3.3-005	Controlul sterilitatii microbiologice	19.09.25	03.10.25	Steril	Steril	S
Sp.	Control conținut per ambalaj	19.09.25	19.09.25	80 ml e /fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
442 fl.	80 ml	35360 ml	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist . Silvia Stăneulescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 31.10.2025	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC Dr. Andrei Nann Șef Laborator Data: 31.10.2025
---	--

