

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 508 / 22.05.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	16	76514; 76521
	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	.05.2020	.05.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI	NOTIFICARE:	PAGINA
PRODIGEST Solutie	01 / - 14.01.2016	1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	22.05.20	22.05.20	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	22.05.20	22.05.20	Albastru deschis	Albastru deschis	S
POS#F3.2.-22	Miros	22.05.20	22.05.20	Caracteristic acetic	Caracteristic acetic	S
SI 4.1.	pH - ul sol. 1‰	22.05.20	22.05.20	4 – 5,5	4,12	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	22.05.20	22.05.20	100 ml/fl. ± 2% 1000 ml/can. ± 1%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
202 fl.	100 ml	20200 ml	
20 fl.	1000 ml	20000 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE	
<input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS	<input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE
<input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	<input type="checkbox"/> RESPINGERE
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ
Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 22.05.2020 	 Chim. Carmen DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 22.05.2020