

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT Nr. 246 ... / 25.03.2024		
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 12	COD PRODUS 88150; 88167; 88174; 93090
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMENTEROPROTECT Gel	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2024	VALABILITATE .03.2026
NOTIFICARE: 44 / – 10.07.2017	PAGINA 1 din 1	

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	13.03.24	13.03.24	Pasta omogena	Pasta omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	13.03.24	13.03.24	Crem pana la crem inchis	Crem pana la crem inchis	S
POS#F3.2.-22	Miros	13.03.24	13.03.24	Caracteristic de drojdie	Caracteristic de drojdie	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	18.03.24	25.03.24	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>Escherichia coli</i> : absent/ml	1,8 x 10 ² CFU/ml 0,3 x 10 CFU/ml <i>Escherichia coli</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	13.03.24	13.03.24	10 ml/fl. ± 5% 20 ml/fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
170 seringi.	10 ml	1700 ml	
101 seringi.	20 ml	2020 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ ALTELE (Explicații) ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE		
SEMNĂTURĂ		
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănelescu Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 25.03.2024 Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator		

