

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 91 / 03.02.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 9	COD PRODUS 88150; 88167; 88174; 93090
	DATA CONDIȚIONĂRII 01.2021	VALABILITATE 01.2023
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMENTEROPROTECT Gel	NOTIFICARE: 44 / - 10.07.2017	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	14.01.21	14.01.21	Pasta omogena	Pasta omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	14.01.21	14.01.21	Crem pana la crem inchis	Crem pana la crem inchis	S
POS#F3.2.-22	Miros	14.01.21	14.01.21	Caracteristic de drojdie	Caracteristic de drojdie	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	18.01.21	25.01.21	TAMC (CFU/ml) – 10 ⁴ TYMC (CFU/ml) – 10 ² BTGN (UFC/g) – 10 ² M.O. specifice – <i>E. coli</i> ; <i>Salmonella</i> : absent/ml	< 10 ⁴ CFU/ml < 10 ² CFU/ml < 10 ² CFU/ml <i>E. coli</i> ; <i>Salmonella</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	14.01.21	14.01.21	10 ml/fl. ± 5% 20 ml/fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
204 seringi.	10 ml	2040 ml	
260 seringi.	20 ml	5200 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicați)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 03.02.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 03.02.2021